

## Обґрунтування

### Технічних, якісних та кількісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

#### 1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області», 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 228, ЄДРПОУ 08734606.

#### 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником :

Стіл операційний (код НК 024:2023 :58034 -Стіл операційний універсальний з гідравлічним приводом (код ДК 021:2015: 33190000-8 – Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

#### 3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (UA-2025-04-29-004717-a)

#### 4. Розмір бюджетного призначення:

141000.00 грн. (Сто сорок одна тисяча грн 00 коп). Розмір бюджетного призначення визначений на підставі затвердженого кошторису видатків установи та розрахунків до нього на 2025 рік, річного плану закупівель на 2025 рік.

#### 5. Обґрунтування технічних, якісних характеристик:

Для належної роботи лікарні (з поліклінікою) ДУ «ТМО МВС України по Чернівецькій області», зокрема кабінету хірургії, у зв'язку з необхідністю забезпечення належних умов для проведення оперативних втручань, а також з метою підвищення якості та безпеки хірургічної допомоги осіб з числа контингенту, що перебуває на лікуванні та обстеженні в нашій установі, є потреба в закупівлі операційного столу (універсального механіко-гідравлічного)

Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Надається завірена копія декларації або копія документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

Товар повинний бути новим, таким, що не був у використанні, і за допомогою нього не проводились демонстраційні заходи.

Відповідність технічних характеристик запропонованого товару Медико - технічним вимогам повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів українською мовою), в яких міститься ця інформація, разом з додаванням відповідних документів, з наданням копії документів.

#### Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

| № | Медико-технічні вимоги        | Параметри | Відповідність з посиланням на сторінку технічної документації |
|---|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|   | Стіл операційний – 1 комплект |           |                                                               |

|          |                                                                                                                           |                           |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Вимоги до призначення</b>                                                                                              |                           |                      |
|          | Стіл повинен бути призначений для проведення операцій у хірургії, оториноларингології, урології, ортопедії та гінекології |                           |                      |
| <b>2</b> | <b>Загальні відомості</b>                                                                                                 | <b>Ступінь інформації</b> | <b>Дані приладу</b>  |
|          | Фірма виробник обладнання                                                                                                 | Вказати                   |                      |
|          | Країна-виробник                                                                                                           | Вказати                   |                      |
|          | Модель                                                                                                                    | Вказати                   |                      |
|          | Гарантійний термін експлуатації                                                                                           | не менше 12 місяців       |                      |
|          | Тип столу                                                                                                                 | універсальний             |                      |
|          |                                                                                                                           |                           |                      |
| <b>3</b> | <b>Основні параметри</b>                                                                                                  |                           | <b>Відповідність</b> |
| 3.1      | Довжина столу                                                                                                             | не менше 2080 мм          |                      |
| 3.2      | Ширина столу                                                                                                              | не менше 480 мм           |                      |
| 3.3      | Максимальна висота підйому столу                                                                                          | не менше 1040 мм          |                      |
| 3.4      | Мінімальна висота опускання столу                                                                                         | не більше 790 мм          |                      |
| 3.5      | Діапазон руху столу вгору та вниз                                                                                         | не менше 250 мм           |                      |
| 3.6      | Тренделенбург                                                                                                             | не менше 25°              |                      |
| 3.7      | Антитренделенбург                                                                                                         | не менше 25°              |                      |
| 3.8      | Бічний нахил столу вліво                                                                                                  | не менше 20°              |                      |
| 3.9      | Бічний нахил столу вправо                                                                                                 | не менше 20°              |                      |
| 3.10     | Підняття підголівника                                                                                                     | не менше 30°              |                      |
| 3.11     | Опускання підголівника                                                                                                    | не менше 90°              |                      |
| 3.12     | Підголівник повинен бути знімним                                                                                          | наявність                 |                      |
| 3.13     | Кут регулювання секції ніг вниз                                                                                           | не менше 90°              |                      |
| 3.14     | Кут регулювання секції ніг у бік                                                                                          | не менше 90°              |                      |
| 3.15     | Кут регулювання нахилу секції спини вгору                                                                                 | не менше 90°              |                      |
| 3.16     | Кут регулювання нахилу секції спини вниз                                                                                  | не менше 10°              |                      |
| 3.17     | Максимальне розподілене навантаження на стіл                                                                              | не менше 170 кг           |                      |
| <b>4</b> | <b>Конструкційні вимоги</b>                                                                                               |                           |                      |
| 4.1      | Секція ніг повинна бути розділеною                                                                                        | наявність                 |                      |
| 4.2      | Секція ніг повинна бути знімною                                                                                           | наявність                 |                      |
| 4.3      | Наявність педального масляного насосу для керування підняттям та опусканням столу                                         | наявність                 |                      |
| 4.4      | Стіл повинен складатися з секцій                                                                                          | не менше 4                |                      |
| 4.5      | Секції повинні регулюватися незалежно одна від одної                                                                      | наявність                 |                      |
| 4.6      | Подушки повинні бути знімними та фіксуватися на липучках                                                                  | наявність                 |                      |
| 4.7      | Товщина подушок                                                                                                           | не менше 50 мм            |                      |
| 4.8      | Подушки повинні бути герметичними з антистатичним покриттям                                                               | наявність                 |                      |
| 4.9      | Стіл повинен мати коліщата для зручного переміщення                                                                       | наявність                 |                      |
| 4.10     | Наявність поворотних коліщат                                                                                              | не менше 2 штук           |                      |
| 4.11     | Стіл повинен мати стопорну педаль для надійної                                                                            | наявність                 |                      |

|          |                                                                                        |                  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|          | фіксації положення столу                                                               |                  |  |
| 4.12     | Наявність планок на обох сторонах столу для кріплення навісного обладнання             | наявність        |  |
| 4.13     | Станина столу повинна бути виготовлена з нержавіючої сталі                             | наявність        |  |
| 4.14     | Вага столу                                                                             | не більше 205 кг |  |
| <b>5</b> | <b>Вимоги комплектації</b>                                                             |                  |  |
| 5.1      | Наявність у комплекті підлокітників                                                    | не менше 2 шт    |  |
| 5.2      | Підлокітники повинні бути знімними                                                     | наявність        |  |
| 5.3      | Підлокітники повинні кріпитися до бічних планок на обох сторонах столу                 | наявність        |  |
| 5.4      | Кут повороту підлокітників у горизонтальній площині повинен бути                       | не менше 180°    |  |
| 5.5      | Наявність у комплекті анестезіологічного екрану                                        | наявність        |  |
| 5.6      | Екран повинен бути виготовленим з нержавіючої сталі                                    | наявність        |  |
| 5.7      | Анестезіологічний екран повинен бути знімним                                           | наявність        |  |
| 5.8      | Анестезіологічний екран повинен кріпитися до бічних планок на обох сторонах столу      | наявність        |  |
| 5.9      | Анестезіологічний екран повинен мати регулювання по висоті                             | наявність        |  |
| 5.10     | Наявність у комплекті підтримки для плечей                                             | не менше 2 шт    |  |
| 5.11     | Підтримка для плечей повинна бути знімна                                               | наявність        |  |
| 5.12     | Підтримка для плечей повинна кріпитися до бічних планок на обох сторонах столу         | наявність        |  |
| 5.13     | Підтримка для плечей повинна мати регулювання по висоті та ширині вильоту              | наявність        |  |
| 5.14     | Підтримка для плечей повинна мати подушку для комфорту пацієнта                        | наявність        |  |
| 5.15     | Наявність у комплекті бічної підтримки,                                                | не менше 2 шт    |  |
| 5.16     | Бічна підтримка повинна бути знімна ,кріпитися до бічних планок на обох сторонах столу | наявність        |  |
| 5.17     | Бічна підтримка повинна мати регулювання по висоті та повздовжньому вильоту            | наявність        |  |
| 5.18     | Бічна підтримка повинна мати подушку для комфорту пацієнта                             | наявність        |  |
| 5.19     | Наявність у комплекті універсальних затискачів                                         | не менше 5 шт    |  |
| 5.20     | Наявність у комплекті опори по Геппелю                                                 | не менше 2 шт    |  |
| 5.21     | Опори повинні бути знімними                                                            | наявність        |  |
| 5.22     | Опори по Геппелю повинні мати регулювання по висоті                                    | наявність        |  |
| 5.23     | Опори по Геппелю повинні бути поворотними з регулюванням кута нахилу                   | наявність        |  |

## 6. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості згідно потреби та затвердженого кошторису на 2025 рік, з урахуванням моніторингу середньоринкових цін в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, у тому числі наданих цінових пропозицій на обладнання, та відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.